

DPIIRS.271.1.2026

Sopot, dn. 23.07.2026 r.

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

- 1. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy na etapie składania ofert wymagane jest wskazanie modelu i producenta oferowanego sprzętu. Informuję, że dookreślenie wymogu wskazania modelu i producenta oferowanych urządzeń umożliwi Zamawiającemu zbadanie zgodności oferowanych produktów z treścią zapytania ofertowego.**

Tak. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie model oferowanego urządzenia. Zamawiający dopuszcza urządzenia nie będące wyrobem medycznym. Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa ma być wyposażone w przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski/urządzenia, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja), funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką. Urządzenia nie muszą spełniać wszystkich wskazanych wyżej funkcji.

- 2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zobowiązani są do załączenia wraz z ofertą kart katalogowych, instrukcji użycia, stosownych certyfikatów i deklaracji bądź innych dokumentów potwierdzających spełnianie określonych w zapytaniu ofertowym wymagań.**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie model oferowanego urządzenia oraz przedstawił jego opis umożliwiający weryfikację parametrów technicznych i funkcjonalności w odniesieniu do wymagań określonych w zapytaniu ofertowym. Opis powinien pozwalać na jednoznaczną ocenę, czy oferowane urządzenie spełnia wymagane funkcje i parametry.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w SOPOCIE
/-/ Andrzej Czekaj